


LAMIGO

Laser majsterski wielolinowy Lamigo Cross 2



Lamigo S.C.
ul. Mała 5
66-400 Gorzów Wlkp
biuro@lamigo.pl
tel: 95 711 71 91
fax: 95 711 71 95

Spis treści

Zawartość zestawu	3
Montaż baterii	3
Montaż instrumentu na spodarce.....	4
Praca.....	5
Opcjonalne wyposażenie.....	6
Detektor RC-9	7
Dane techniczne	7
Uwagi i ostrzeżenia	8
Środki ostrożności	8
Ważne informacje	9

Zawartość zestawu:



Rys.1



Rys. 2

Instrument CROSS 2 występuje w dwóch wersjach różniących się wyposażeniem. Na rys.1 przedstawiona jest wersja bogatsza. Zestaw zawiera instrument CROSS 2, okulary, tarczkę celowniczą, spodarkę, uchwyt ścienny i jest przechowywany w twardej walizce. Zestaw przedstawiony na rys. 2 jest zestawem podstawowym, zawiera instrument CROSS 2, spodarkę, uchwyt ścienny oraz miękki futerał przeznaczony do przechowywania zestawu.

Montaż baterii

Do zasilania instrumentu, służą trzy baterie alkaliczne typu AA („Paluszek-R6”). W celu wymiany baterii należy nacisnąć zatrzask zabezpieczający pokrywę baterii, i zdjąć pokrywę. Wymienić baterie, uważając na ich prawidłową polaryzację.



Rys. 3
3

Montaż instrumentu na spodarce

Aby zamontować instrument na spodarce, należy najpierw wkręcić adapter do gniazda na spodzie instrumentu.



Rys. 4

Następnie wsunąć adapter w otwór w spodarce:



Rys. 5

Następnie, instrument należy przesunąć na spodarce do przodu, będzie słychać „kliknięcie”. Instrument jest gotowy do pracy



Rys. 6

Praca

Rozpoczynając pracę, należy ustawić instrument na stabilnej powierzchni. Można do tego celu użyć załączonej do zestawu spodarki. Urządzenie można również postawić na statywie (fotograficznym o gwincie 1/4" lub geodezyjnym przy pomocy dołączonego do zestawu adaptera, wyposażonego w gwint 5/8"). Instrument powinien być zgrubnie wypoziomowany.

Aby wyznaczyć poziom i/lub pion, należy przesunąć wyłącznik urządzenia na pozycję „ON”.



Rys. 7

UWAGA!

Kompensator należy odblokowywać tylko na czas pracy z instrumentem. W czasie transportu, kompensator **MUSI** być zablokowany. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do uszkodzenia kompensatora i odpłatnej naprawy.


Aby wyznaczyć spadki, wyłącznik należy przesunąć na pozycje z kłódką.



Rys. 8

Wyznaczanie spadków jest możliwe przy wykorzystaniu statywu z przechylaną głowicą (na przykład z wykorzystaniem statywu fotograficznego).

Za pomocą przycisku „2” (patrz rysunek poniżej) należy wybrać diodę która ma świecić. Są to kolejno: dioda pozioma, pionowa, pozioma i pionowa jednocześnie. Za pomocą przycisku „1” można przełączyć instrument w tryb pracy z odbiornikiem.




Rys. 9

UWAGA: Odbiornik nie należy do wyposażenia standardowego, ale instrument może z nim współpracować.

Kiedy dioda „3” świeci, urządzenie jest w trybie pracy z odbiornikiem, Gdy świeci dioda „4” urządzenie pracuje z zablokowanym kompensatorem (w tym czasie promień laserowy co jakiś czas gaśnie na pół sekundy). Gdy dioda „5” zacznie powoli mrugać, baterie wymagają wymiany.

Opcjonalne wyposażenie



Odbiornik RC-9



Statyw z kolumną
wykręcaną



Kolumna KR-34

Detektor RC-9

Detektor pozwala zwiększyć odległość pracy lasera. Może on sygnalizować odchylenia od poziomu za pomocą dźwięków i komunikatu na ekranie.

Detektor posiada trzy przyciski:

„On/off” - włącznik/wyłącznik

Przycisk z symbolem głośnika – włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy.

Przycisk ustawiania czułości detekcji promienia lasera („MODE”), który przełącza go między trybami dokładnym i zgrubnym. Tryb dokładny jest sygnalizowany zapaleniem dwóch diod LED nad p, w trybie zgrubnym świeci tylko lewa dioda.

Gdy detektor jest zbyt wysoko, sygnał dźwiękowy będzie przerywany i powolny, gdy detektor jest zbyt nisko, sygnał będzie wyraźnie szybszy. Gdy sygnał jest ciągły, oznacza to, że środek detektora jest w miejscu przez które przechodzi wiązka laserowa. Detektor jest zasilany standardową baterią 9V.



Dane techniczne

Dokładność linii poziomej	$\pm 3 \text{ mm}/10\text{m}$
Dokładność linii pionowej	$\pm 2,5 \text{ mm}/10\text{m}$
Zakres samopoziomowania	$4^\circ \pm 0.5^\circ$
Zasięg pracy z/bez detektora	20m/50m z detektorem
Gniazdo staywu	1/4"
Typ diody laserowej	635 nm, laser class II
Zakres temperatur pracy	-10°C do 45°C
Zakres temperatur przechowywania	-20°C do 60°C
Wymiary	119 x 62 x 95mm
Czas pracy na komplecie baterii	≥ 8 godz.

Uwagi i ostrzeżenia

- W czasie pracy z laserem, należy unikać patrzenia prosto w promień laserowy. Wystawienie wzroku na bezpośrednie działanie lasera przez dłuższy czas, może poważnie uszkodzić wzrok.
- W przypadku awarii, nie należy próbować samemu naprawiać urządzenia. Próba samodzielnej naprawy może jedynie pogorszyć problem. Instrument należy przekazać do serwisu.
- Przed rozpoczęciem pracy z wykorzystaniem statywu, należy upewnić się, że instrument jest dobrze do niego przykręcony, a nogi statywu są zablokowane. W przeciwnym wypadku instrument może upaść na ziemię, co na pewno spowoduje jego poważne uszkodzenie.
- W czasie pracy, nie należy umieszczać instrumentu na wysokości wzroku kierowców i pieszych.

Środki ostrożności

- Instrument nie powinien pracować w nieprzyjaznych mu temperaturach, ani w miejscach gdzie temperatura zmienia się dynamicznie. Może to powodować jego nieprawidłowe działanie, może być także przyczyną błędnych pomiarów.
- Instrument należy przechowywać w oryginalnej walizce, w miejscu nie narażonym na wibracje, kurz i wilgoć.
- Jeżeli temperatura w miejscu pracy i w miejscu przechowywania bardzo się różni, przed rozpoczęciem pracy instrument powinien nabrać temperatury otoczenia.
- Instrument powinien być transportowany z ostrożnością, bez narażania na upadki i silne wibracje.

Uwaga

Przyrząd nie może pracować długo w mokrym środowisku (na deszczu). Po zakończonej pracy w wilgotnych warunkach urządzenie należy powycierać do sucha ściereczką i pozostawić w suchym pomieszczeniu w otwartym pojemniku aż do całkowitego wyschnięcia przyrządu.

Ważne informacje dla użytkownika:

Zgodność z CE

Instrument posiada oznaczenie CE zgodnie

EN 61326-2-2:2006 oraz EN 61326-1:2006

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Wprowadzający do obrotu na terytorium RP:

Lamigo Jacek Mickowski i Rafał Mickowski S.C.
ul. Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

Nie można całkowicie wykluczyć, że ten instrument będzie zakłócał inne instrumenty (np. Systemy nawigacyjne), będzie zakłócany przez inne instrumenty (np. intensywne fale elektromagnetyczne w pobliżu urządzeń przemysłowych lub nadajników radiowych).

